





(1)



(2)



(3)




(4)



(5)



(6)



(7)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)















## Garantiebedingungen / CE - Kennzeichnung

Die Firma Thomashilfen ist zertifiziert nach ISO-Norm DIN EN ISO 13485:2003 und verbürgt sich für die Qualität der von ihr gelieferten Produkte. Bei der Wahl des Materials sowie der Verarbeitung werden höchste Produktionsstandards zugrunde gelegt. Alle Teile werden grundsätzlich einer Endkontrolle unterzogen.

Thomashilfen bietet Ihnen ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf alle Rahmenteile. Die Garantie umfasst alle Ansprüche, die die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung (z. B. Überbelastung), sowie natürlichen Verschleiß entstehen.

Swiftly entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN 12182 und 12183 und ist mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Swiftly Reha-Buggy!





















## Fonctionnement du frein

### Serrer

Placer le pied sur l'étrier de frein et l'enfoncer vers le bas.

### Desserrer

Placer le pied sous l'étrier de frein et le relever.

## Ceinture en H

L'équipement de série de la poussette de réadaptation Swifty comprend une ceinture en H.

### Ouvrir la boucle de la ceinture en H

Pour ouvrir la ceinture en H, enfoncer le bouton-pression rouge (1), pincer la fermeture à dé clic (2 et 3) et libérer les sangles (sécurité enfants). (Fig. 7)

### Adapter la longueur des sangles d'épaule

Ouvrir la fermeture velcro au niveau du rembourrage dorsal à l'arrière. Ouvrir les boucles à charnière supérieures et retirer les ceintures vers l'avant. Dissocier le rembourrage dorsal à la hauteur souhaitée au niveau de la couture piquée. Insérer les ceintures dans les fentes qui se sont formées et refixer dans les boucles à charnière. Refermer le rembourrage. (Fig. 8 - 10)

### Démonter la ceinture en H

Ouvrir la fermeture velcro au niveau du rembourrage dorsal à l'arrière. Ouvrir les boucles à charnière et retirer la ceinture H vers l'avant. (Fig. 9)

## Montage des ceintures

Découdre le coussin dorsal en fonction de la hauteur de fixation souhaitée au niveau des coutures piquées.

Insérer les deux **ceintures supérieures** dans les ouvertures dans le rembourrage puis insérer à travers la fente de la plaque dorsale (fig.8).

Ouvrir la fermeture velcro au niveau du rembourrage dorsal à l'arrière et insérer les ceintures dans les boucles à charnières et régler la longueur de ceinture souhaitée (fig. 9).

Les deux **extrémités inférieures de la ceinture** peuvent être fixées à l'arrière sur la plaque dorsale à l'aide de boucles à charnières (fig. 10). Insérer les ceintures à droite et à gauche à côté du rembourrage dorsal dans la boucle à charnière correspondante et fixer.

Refermer le rembourrage dorsal.

**Conseil:** La longueur de ceinture peut également être réglée à l'avant, pour ce faire, tirer dans l'anneau D pour serrer la ceinture.

## Aide de basculement

Placer le pied sur l'aide de basculement, tenir des deux mains la poussette de rééducation et basculer. (Fig. 11)

## Consignes de nettoyage, désinfection et entretien

### Coussins

Tous les coussins se démontent en quelques tours de mains. L'étoffe et le mesh 3D sont des textiles de qualité supérieure et doivent être lavés à 40°C max. Les coussins sont difficilement inflammables (BS 5852 part 1).

Nous attirons votre attention sur le fait que même des textiles de qualité supérieure peuvent décolorer sous l'effet des rayons solaires ou d'un lavage fréquent. (Fig. 12)

### Fermetures velcro

Afin d'assurer longtemps le bon fonctionnement des fermetures velcro, nettoyer régulièrement les bandes velcro avec une brosse. Si possible, lors du lavage, toujours fermer les velcro.

### Cadre

Le châssis est fabriqué en tuyau d'aluminium haut de gamme. Ce dernier est revêtu d'un laquage durci à chaud en poudre résistant qui peut être nettoyé et désinfecté à l'aide de savons tels que ceux que l'on trouve habituellement sur le marché (savon neutre).









## Función de freno de estacionamiento

### Accionar el freno

Coloque el pie en la barra de freno y empuje hacia abajo.

### Soltar el freno

Coloque el pie por debajo de la barra de freno y empuje hacia arriba.

## Cinturón en H

La silla de rehabilitación Swifty está equipada de serie con un cinturón en H.

### Abrir el cierre del cinturón

Para abrir el cinturón en H, mantenga presionado el pulsador rojo (1), abra el cierre por clip (2 y 3) y suelte el cinturón (seguro infantil). (Fig. 7)

### Ajuste de la altura de hombros del cinturón

Abrir el velcro de la tapicería trasera del respaldo. Abrir las hebillas superiores y extraer los cinturones desde delante. Descoser la tapicería del respaldo por la costura respunteada a la altura deseada. Pasar los cinturones por las ranuras nuevas y volver a fijar en las hebillas. Volver a cerrar la tapicería. (Fig. 8 - 10)

### Soltar el cinturón en H

Abrir el velcro de la tapicería trasera del respaldo. Abrir las hebillas y extraer el cinturón H desde delante. (Fig. 9)

## Montaje de los cinturones

Descoser la tapicería del respaldo por las costuras respunteadas según la altura de colocación deseada. Pasar los dos **extremos superiores del cinturón** a través de los orificios de la tapicería e introducirlos en las ranuras de la placa del respaldo (Fig. 8).

Abrir el velcro de la tapicería trasera del respaldo, introducir los cinturones en las hebillas y ajustar la longitud de cinturón deseada (Fig. 9).

Los dos **extremos inferiores del cinturón** se pueden fijar en la cara posterior de la placa del respaldo por medio de hebillas (fig. 10). Llevar el extremo derecho e izquierdo a la hebilla correspondiente y fijarlos.

Volver a cerrar la tapicería del respaldo.

**Consejo:** La longitud del cinturón se puede ajustar desde delante. Para hacerlo, tirar del anillo D para acortar el cinturón.

## Ayuda para bordillos

Coloque el pie sobre la ayuda para bordillos, sujete la silla con las dos manos y empuje. (Fig. 11)

## Instrucciones de limpieza, desinfección y conservación

### Tapicería

Toda la tapicería resulta fácil de retirar con algunos pasos. La tela así como el género de punto son tejidos de alta calidad que se pueden lavar hasta 40° C. La tapicería es ignífuga (BS 5852 parte 1).

Le recordamos que incluso las telas de alta calidad pueden desteñirse debido a la radiación solar intensiva o lavados frecuentes. (Fig. 12)

### Cierres de velcro

Para mantener la funcionalidad de los cierres de velcro, limpie de vez en cuando las bandas de velcro con un cepillo. Procure cerrar las bandas de velcro al lavar el conjunto.

### Chasis

El chasis está fabricado en aluminio de alta calidad, revestido con una resistente laca en polvo para secar en horno que se puede lavar y desinfectar con jabones comerciales (jabón neutro).











## Função do travão de estacionamento

### Activar o travão

Coloque o pé na barra do travão e empurre para baixo.

### Soltar o travão

Coloque o pé por debaixo da barra do travão e empurre até cima.

## Cinto em H

A cadeira de reabilitação swifty está equipada de série com um cinto em H.

### Abrir o fecho do cinto

Para abrir o cinto em h, mantenha pressionado o botão pulsador vermelho (1), abra o fecho pelo clip ( 2 e 3) e solte o cinto (segurança para a criança). (fig.7)

### Ajuste a altura dos ombros do cinto

Abrir o velcro do tecido traseiro do encosto. Abrir as fivelas superiores e extrair os cintos para a frente. Descoser o tecido do encosto pela costura pesponteada à altura desejada. Passar os cintos pelas ranhuras novas e voltar a fixar as fivelas. Voltar a fechar o tecido. ( fig. 8 - 10)

### Soltar o cinto em H

Abrir o velcro do tecido traseiro do encosto. Abrir as fivelas e extrair o cinto em h para a frente. (fig.9)

## Montagem dos cintos

Descoser o tecido do encosto pelas costuras pesponteadas segundo a altura de colocação desejada. Passar os dois **extremos superiores do cinto** através dos orifícios do tecido i introduzi-los nas ranhuras da placa do encosto (fig. 8)

Abrir o velcro do tecido traseiro do encosto, introduzir os cintos nas fivelas e ajustar a longitude do cinto desejada.(fig.9)

Os dois **extremos inferiores do cinto** podem-se fixar na placa do encosto pelo meio das fivelas (fig.10). Levar o extremo direito e esquerdo á fivela correspondente e fixá-los. Voltar a fechar o tecido do encosto.

**Conselho:** a longitude do cinto pode ser ajustada desde a parte dianteira. Para o fazer, tirar o anel d para encurtar o cinto.

## Ajuda para os passeios

Coloque o pé sobre o trepa passeios, agarre a cadeira com as duas mãos e empurre (fig.11)

## Instruções de limpeza, desinfecção e conservação

### Tecido

O tecido é fácil de retirar com alguns passos. A tela são tecidos de elevada qualidade e que podem ser lavados até 40°C. O tecido é ignifugo (bs 5852 parte 1). Relembramos que mesmo os tecidos de elevada qualidade podem desbotar devido à radiação solar intensiva ou lavagens frequentes (fig.12)

### Fechos de velcro

Para manter a funcionalidade dos fechos de velcro, limpe de vez em quando as bandas do velcro com uma escova. Procure fechar as bandas do velcro quando lavar.

### Chassis

O chassis foi fabricado em alumínio de elevada qualidade, revestido com uma resistente laca em pó que se pode lavar e desinfectar com sabão (sabão neutro).





## Controlli di sicurezza e intervalli di manutenzione

- Effettuare regolarmente su base mensile dei controlli su tutti i comandi e le viti di fissaggio. Tenere la slitta scorrevole lontano dalla sabbia.
- Dopo ogni operazione di regolazione ricordarsi di bloccare nuovamente le viti e le leve di bloccaggio (regolazione dell'angolazione del bacino).

### Rispettare le seguenti avvertenze di sicurezza:

- Raccomandiamo di adattare la profondità di seduta e la lunghezza della gamba alle dimensioni del bambino almeno ogni 3 mesi. A tal fine chiedere eventualmente l'aiuto del terapeuta / tecnico ortopedico.
- Il bambino deve sempre essere assicurato con una cintura a 5 punti (dotazione di base, v. pag. 28) o con altra cintura di sostegno (disponibile come accessorio).
- **ATTENZIONE:** Le ruote bagnate possono ridurre la frenata. In caso di arresto o di sosta prolungata fermare il passeggino con il freno a pedale, in modo da evitare un movimento non intenzionale delle ruote.
- Non sovraccaricare il passeggino Swifty e non superare la portata massima (v. dati tecnici pag. 27).
- Gli indumenti catarifrangenti rendono visibili agli altri utenti della strada sia l'accompagnatore che il bambino, anche al buio – sfruttare questo vantaggio.
- Borse o reti della spesa pesanti, fissate al passeggino, aumentano il rischio di ribaltamento. Utilizzare il cestello (disponibile come accessorio) sotto alla seduta.
- Utilizzando il passeggino per portatori di handicap, attenersi alle raccomandazioni di queste istruzioni per l'uso – soprattutto nell'apertura e nella chiusura -.
- Non lasciare il bambino incustodito sul passeggino Swifty.
- Quando si vuole sedere o alzare il bambino, azionare il freno di stazionamento del passeggino.
- Tenere lontano i bambini dall'imballo in plastica: pericolo di soffocamento.
- Il passeggino può accogliere solo un bambino.

**Consiglio:** maggiori informazioni si possono trovare al nostro sito Web [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## Destinazione d'uso e ambiti di impiego

Il passeggino Reha-Buggy SWIFTY è pensato per il trasferimento ergonomico (manico regolabile in altezza) di bambini disabili, in ambienti interni e all'esterno.

## Rischi d'utilizzo e controindicazioni

L'utilizzo conforme esclude ogni pericolo durante l'impiego. Non sono note controindicazioni.

## Dati tecnici

### SWIFTY

<b>Profondità di seduta</b>	22 - 28,5 cm
<b>Larghezza di seduta</b>	34 cm
<b>Altezza schienale</b>	62 cm
<b>Lunghezza gamba (parte inferiore)</b>	16 - 33 cm
<b>Angolazione fianchi</b>	da 90° a 115°
<b>Angolazione piedi</b>	90°
<b>Inclinazione seduta</b>	+15°
<b>Dimensioni poggiatesta (L x L)</b>	31 x 18 cm
<b>Ingombro complessivo (L x H x L)</b>	61 x 102 x 98 cm
<b>Ingombro piegato (L x H x L)</b>	61 x 38 x 73 cm
<b>Altezza impugnatura scorrevole</b>	97 cm
<b>Dimensioni ruote piroettanti (anteriori)</b>	7,5"
<b>Dimensioni ruote (posteriori)</b>	10"
<b>Portata</b>	35 kg
<b>Peso</b>	12,4 kg



## Chiusura

### Apertura

Afferrare l'impugnatura scorrevole del passeggino nella parte alta e laterale e tirarla verso l'alto con un movimento deciso (si sente il rumore dei cursori che si incastrano). Allentare la leva di fissaggio sullo schienale e regolare l'angolazione desiderata dello schienale (vedi Regolazione dello schienale).

Regolare l'altezza dell'impugnatura scorrevole nella posizione desiderata, azionando il tasto a pressione laterale. (fig. 1)

### Chiusura (minimo ingombro a passeggino chiuso)

Allentare la leva di fissaggio sullo schienale.

Tirare verso l'alto i cursori dell'impugnatura scorrevole (destra e sinistra) e fissare la staffa di sicurezza montata a destra. Spingere in avanti l'impugnatura con il busto e piegare il passeggino in avanti. (fig. 2)

**CONSIGLIO:** Per facilitare il trasporto, utilizzare l'archetto di presa dietro il Reha-Buggy, tra schienale e seduta.

## Possibilità di regolazione

### Profondità di seduta

Allentare le viti a brugola (3 mm) della seduta ed estrarre la piattaforma di seduta, tirandola in avanti. Serrare di nuovo le viti a brugola. (fig. 3)

**CONSIGLIO:** Per una regolazione limitata della profondità di seduta, afferrare con una mano l'angolo anteriore e con l'altra trattenere l'estremità inferiore dello schienale (al centro).

### Regolazione dello schienale

Allentare la leva di fissaggio, regolare l'angolazione a livello dell'anca spostando l'archetto dello schienale sulla guida dello schienale e bloccare di nuovo la leva. (Fig. 4)

### Lunghezza della gamba (parte inferiore)

Allentare le viti a brugola (3 mm) a destra e a sinistra dietro, sulle guide dei tubi del poggiatesta. Portare il poggiatesta nella posizione desiderata spostandolo sul tubo del telaio, quindi riserrare le viti. (Fig. 5)

### Poggiatesta

Il poggiatesta si può ribaltare verso l'alto per facilitare il trasferimento del bambino nel passeggino. (fig. 6)

## Funzione del freno di stazionamento

### Attivare freno

Mettere il piede sulla barra del freno e spingerla in basso.

### Disattivare freno

Mettere il piede sotto la barra della leva e alzarla.

## Cintura a 5 punti

Il passeggino Swifty per portatori di handicap è dotato di una cintura a 5 punti standard.

### Aprire la chiusura della cintura

Per aprire la cintura a 5 punti, tenere premuto il tasto a pressione rosso (1), aprire la chiusura a clip (2 e 3) e togliere la cintura (sicurezza bambini). (fig. 7)

### Adattamento dell'altezza spalle

Aprire la chiusura a strappo dietro il cuscino dello schienale. Aprire le fibbie superiori e tirare fuori le cinture dal davanti. Aprire all'altezza desiderata le cuciture trapuntate del cuscino dello schienale. Infilare le cinture attraverso le fessure create e fissarle di nuovo nelle fibbie. Chiudere il cuscino. (Fig. 8 - 10)

### Rimozione della cintura a 5 punti

Aprire la chiusura a strappo sul cuscino dello schienale. Aprire le fibbie e tirare fuori le cinture dal davanti. (Fig. 9)

## Montaggio delle cinture

Separare le cuciture trapuntate del cuscino dello schienale all'altezza in cui si desidera montare le cinture o aprire i lembi del cuscino dello schienale. Infilare le due **cinture superiori** attraverso le aperture sul cuscino e attraverso le fessure sulla piastra dello schienale (fig. 8).

Aprire la chiusura a strappo sul retro del cuscino dello schienale, inserire le cinture nelle fibbie e regolare la lunghezza desiderata (fig. 9).

Le due **estremità della cintura inferiore** si possono fissare con le fibbie dietro la piastra dello schienale (fig. 10). Infilare le cinture a destra e a sinistra, accanto al cuscino dello schienale, sulla rispettiva fibbia e fissarle.

Chiudere di nuovo il cuscino dello schienale.

**Consiglio:** la lunghezza delle cinture può essere regolata anche da davanti, a questo scopo tirare l'anello D per accorciare la cintura.

## Ausilio d'inclinazione

Appoggiare il piede sull'ausilio d'inclinazione, tenere il passeggino Reha-Buggy SWIFTY con ambedue le mani e inclinarlo. (fig. 11)

## Indicazioni per la pulizia, la disinfezione e la cura

### Imbottitura

Tutte le imbottiture sono facili da rimuovere con pochi gesti. Il materiale tessile 100% PES e il tessuto distanziatore sono di alta qualità e lavabili fino a 40°. I tessuti sono stampati con colori atossici ed esenti da metalli pesanti. Si ricorda che anche i tessuti di alta qualità possono schiarire per la lunga ed intensa esposizione al sole o il lavaggio frequente. L'imbottitura è difficilmente infiammabile (BS 5852 part 1). (fig. 12)

### Chiusure in velcro:

Per mantenere la funzionalità delle chiusure in velcro spazzolare di tanto in tanto i nastri di velcro. Chiudere sempre i nastri di velcro prima del lavaggio.

### Telaio

Il telaio base è realizzato in tubi di alluminio di alta qualità. Il telaio, verniciato a fuoco con vernici in polvere molto resistenti, può essere disinfettato e lavato con saponi comunemente reperibili in commercio (sapone neutro).

## Condizioni di garanzia / contrassegno CE

La ditta Thomashilfen è certificata a norma DIN EN ISO 13485:2003 e garantisce la qualità dei prodotti forniti. Alla base della scelta del materiale e della lavorazione poniamo i più elevati requisiti produttivi. Tutte le parti vengono sottoposte a un controllo finale.

Thomashilfen prevede un periodo di garanzia di 3 anni a decorrere dalla data d'acquisto su tutte le parti del telaio. La garanzia comprende tutte le rivendicazioni che pregiudicano la funzionalità. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati dall'uso non conforme (ad esempio il sovraccarico) e l'usura ordinaria.

Swiftly è conforme ai requisiti delle norme europee EN 12182 e 12183 ed è provvisto del contrassegno CE.

Auspichiamo possiate trarre soddisfazione dall'uso del Swiftly Reha-Buggy!

## Beste Swifty gebruiker,

De Swifty buggy is een modern hoogwaardig medisch product, dat door zijn aansprekende uiterlijk opvalt in het hedendaagse straatbeeld. Doelbewust zijn hier de ideeën van ouders in verwerkt, ouders die in de praktijk met revalidatieproducten te maken hebben en zo weten aan welke eisen de hulpmiddelen voor hun kind moeten voldoen.

Een buggy geschikt voor revalidatiedoeleinden hoeft er qua uiterlijk niet ook zo uit te zien. Met de Swifty bieden wij u een moderne buggy die aan alle eisen van een goede revalidatie buggy voldoet.

Zitdiepte en onderbeenlengte zijn moeiteloos traploos instelbaar, hoogwaardige materialen en een goed ondersteunend zitgedeelte zorgen voor comfortabel en veilig gebruik. Door zijn geringe gewicht in combinatie met zwenkwielen is de buggy bijzonder wendbaar. De buggy is gemakkelijk op te vouwen en past zonder moeite in elke kofferbak.

Als u ondanks alles toch nog vragen of problemen heeft, neem dan contact op met uw gespecialiseerde dealer of neem rechtstreeks contact op met Pestman Import.

Voor meer informatie over Thomashilfen en onze producten kunt u onze website bezoeken onder: **[www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)**

Ons adres:

Inhoud	Pagina
Veiligheidstechnische controles en periodiek onderhoud .....	36
Algemene veiligheidsinstructies .....	36
Bedoeling en gebruik .....	36
Risico's en nadelen bij gebruik .....	36
Technische gegevens .....	37
Uit- en samenvouwen .....	37
Instelmogelijkheden .....	37
Vastzetten van de rem .....	38
H-fixatie .....	38
Montage van de gordels .....	38
Kantelhulp .....	38
Instructies voor schoonhouden, desinfecteren en onderhoud .....	38
Garantievoorwaarden .....	39

## Veiligheidstechnische controles en periodiek onderhoud

- Het is aan te bevelen maandelijks alle bedieningselementen en bevestigingen te controleren en zo nodig vast te zetten.
- Denk eraan om na elke wijziging van de instellingen alle schroeven en snelspanners (rughoekverstelling) goed vast te draaien.

### Algemene Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht:

- Wij adviseren u de instellingen van de zitdiepte en onderbeenlengte minstens om de 3 maanden aan de actuele lichaamsmaten van uw kind aan te passen. Dit kan, indien nodig, samen met uw therapeut / orthopedisch technicus gebeuren.
- Uw kind moet altijd met de H-fixatie (standaarduitvoering, zie blz. 33) of met een andere fixatie (als accessoire verkrijgbaar) in de buggy worden geplaatst.
- **LET OP:** Natte wielen kunnen de werking van de rem nadelig beïnvloeden. Indien u (voor langere tijd) stilstaat, moet u de Swifty met de voetrem vastzetten, zodat ongewenst wegrollen wordt voorkomen.
- Voorkom overbelasting van de Swifty en neem de maximaal toegestane belasting in acht. (zie technische gegevens pag. 32).
- Reflecterende kleding maken u en uw kind ook bij duisternis zichtbaar voor overige weggebruikers – maak hier gebruik van.
- Zware tassen of boodschappennetjes die aan de wagen worden gehangen, verhogen het kantelgevaar. Gebruik daarvoor de mand (als accessoire verkrijgbaar) onder de zitunit.
- Neem bij het gebruik van de buggy, met name bij het uit- en samenvouwen, de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding in acht.
- Laat uw kind nooit zonder toezicht in de Swifty achter.
- Bij het in en uit de buggy plaatsen van uw kind moet de rem altijd ingeschakeld zijn.
- Houd uw kinderen weg bij het verpakkingsmateriaal: dit i.v.m. verstikkingsgevaar.
- In de buggy mag slechts één kind worden vervoerd.

**Tip:** Verdere informatie over onze buggy's vindt u op het internet onder [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## Bedoeling en gebruik

De SWIFT Reha-buggy voor binnen- en buitenbereik is geschikt voor een ergonomische transfer (in hoogte verstelbare schuifgreep) van gehandicapte kinderen.

## Risico's en nadelen bij gebruik

Bij deskundig gebruik zijn risico's uitgesloten. Er zijn geen nadelen bekend.

## Technische gegevens

### SWIFTY buggy

<b>Zitdiepte</b>	22 - 28,5 cm
<b>Zitbreedte</b>	34 cm
<b>Rughoogte</b>	62 cm
<b>Onderbeenlengte</b>	16 - 33 cm
<b>Heuphoek</b>	90° tot 115°
<b>Voetenplankhoek</b>	90°
<b>Zithoek</b>	+15°
<b>Afmeting voetenplank</b> (b x l)	31 x 18 cm
<b>Totale afmetingen</b> (b x h x l)	61 x 102 x 98 cm
<b>Vouwmaat</b> (b x h x l)	61 x 38 x 73 cm
<b>Duwbeugelhoogte</b>	97 cm
<b>Wieldiameter zwenkwiel</b> (voor)	7,5"
<b>Wieldiameter</b> (achter)	10"
<b>Maximale belasting</b>	35 kg
<b>Gewicht</b>	12,4 kg

## Uit- en samenvouwen

### Uitvouwen

De buggy zowel boven als zijwaarts aan de duwbeugel vastpakken en met één vloeiende beweging naar boven trekken (de vergrendelingsklemmen klikken hoorbaar vast). Haal de klemhendel aan de rugplaat los en stel de gewenste rughoek in (zie 'Instellen van de rugleuning').

De in hoogte verstelbare duwbeugel kan door de drukknoppen aan de binnenzijde van de duwbeugel in de gewenste positie worden gezet. (afb. 1)

### Samenvouwen (kleinste vouwmaat)

Haal de klemhendel aan de rugplaat los.

De vergrendelingsklemmen (zwart) aan beide zijden van het frame omhoog trekken en de aan de rechterzijde gemonteerde veiligheidsbeugel vasthouden. Met het bovenlichaam de duwbeugel naar voren duwen en de buggy naar voren samenvouwen. (afb. 2)

**TIP:** Gebruik voor een eenvoudig transport de greepboog achter aan de Reha-buggy tussen rug en zitting.

## Instelmogelijkheden

### Zitdiepte

De voorste inbusschroeven (3 mm) van de zitting losdraaien en de zitting naar voren trekken. Inbusschroeven weer vastdraaien. (afb. 3)

**TIP:** Pak, voor het soepel instellen van de zitdiepte, met de éne hand de voorkant van het zitvlak vast en druk tegelijk met de andere hand op het onderste ruggedeelte (in het midden) om dit tegen te houden.

### Rughoekverstelling

Haal de klemhendel aan de rugplaat los, stel de gewenste heuphoek in door de rugbeugel op de rugrail te verschuiven en klem de hendel weer vast (afb. 4).

### Onderbeenlengte

Draai de inbusschroeven (3 mm) rechts en links achter aan de buisgeleidingen van de voetensteun los. Breng de voetensteun in de gewenste positie door deze op de framebuis te verschuiven en draai daarna de schroeven weer vast (afb. 5).

### Voetenplank

De voetenplank is naar boven opklapbaar om een transfer voor het kind gemakkelijker te maken. (afb. 6)

## Vastzetten van de rem

### Vastzetten

De voet op de rembeugel zetten en deze naar beneden drukken.

### Los maken

De voet onder de beugel plaatsen en naar boven duwen.

## H-fixatie

De Swifty is standaard voorzien van een H-fixatie.

### Gordelsluiting openen

Om de H-fixatie te openen houdt u de rode drukknop (1) ingedrukt, de gespsluiting (2 en 3) openen en de gordel losmaken. (afb. 7)

### Verstellen van de schouderriemhoogte

Open de klitbandsluiting achter aan het rugkussen. Open de bovenste klappgespen en trek de gordels vanaf de voorzijde eruit. Haal het rugkussen op de gewenste hoogte langs de doorgestikte naad los. Steek de gordels door de ontstane sleuven en bevestig ze weer in de klappgespen. Sluit het kussen weer (afb. 8 - 10).

### H-fixatie verwijderen

Open de klitbandsluiting achter aan het rugkussen. Open de klappgespen en trek de H-gordel vanaf de voorzijde eruit (afb. 9).

## Montage van de gordels

Haal het rugkussen al naargelang de gewenste montagehoogte langs de doorgestikte naden los.

Schuif de twee **bovenste gordels** door de openingen in het kussen en steek ze door de sleuven in de rugplaat (afb. 8). Open de klitbandsluiting aan de achterzijde van het rugkussen, schuif vervolgens de gordels in de klappgespen en stel de gewenste gordellengte in (afb. 9).

U kunt de beide **onderste uiteinden van de gordels** met behulp van klappgespen aan de achterzijde van de rugplaat bevestigen (afb. 10). Voer de gordels links en rechts langs het rugkussen naar de gewenste klappesp en bevestig ze. Sluit het rugkussen weer.

**Tip:** u kunt de gordellengte ook aan de voorzijde instellen. Trek daarvoor aan de D-ring om de gordel in te korten.

## Kantelhulp

Zet de voet op de kantelhulp, houd de Reha-wagen met beide handen vast en kantel hem vervolgens. (afb. 11)

## Instructies voor schoonhouden, desinfecteren en onderhoud

### Bekleding

Alle bekleding is er zonder veel moeite af te halen. Zowel de 100% PES stof, als ook de uit meer lagen bestaande netwerkstof zijn hoogwaardige weefsels, wasbaar tot 40°. De stoffen zijn bedrukt met niet giftige kleurstoffen, die vrij zijn van zware metalen. Wij wijzen erop, dat ook hoogwaardige stoffen door continue en intensieve zonnestraling of vaak wassen van kleur verschieten. De bekleding is moeilijk ontvlambaar (BS 5852 part 1). (afb. 12)

### Klittenbanden

Borstel de klittenbanden af en toe met een borsteltje af, zodat ze hun goede werking behouden. Doe bij het wassen de klittenbanden altijd dicht.

### Onderstel

Het onderstel is vervaardigd van hoogwaardige aluminiumbuizen. Deze zijn gecoat met een robuuste moffellak die met in de handel verkrijgbare zeep (neutrale zeep) gereinigd en gedesinfecteerd kan worden.

## Garantievoorwaarden

De firma Thomashilfen is gecertificeerd volgens ISO-norm DIN EN ISO 13485:2003. Thomashilfen staat garant voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten. Aan de materiaalkeuze en de bewerking liggen de hoogste productiestandaarden ten grondslag. Alle afzonderlijke onderdelen worden systematisch aan een eindcontrole onderworpen.

Thomashilfen biedt u een garantie van 2 jaar op alle onderdelen van het frame, Ingaande op de datum van aankoop. De garantie omvat alle aanspraken, die de functie in negatieve zin beïnvloeden. Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld overbelasting) en natuurlijke slijtage.

Swiftly voldoet aan de Europese normen EN 12182 en 12183 en is van een CE-keurmerk voorzien.

Wij wensen u veel plezier met uw Swiftly buggy!



## Kjære Swifty-bruker!

Reha-Buggy Swifty er et moderne medisinsk produkt av høy kvalitet med et svært tiltalende utseende. Under utviklingen er det på målrettet måte tatt hensyn til ideene til foreldre som er kjent med den daglige håndteringen av rehabiliteringsprodukter, og som også kjenner barnas behov for slike hjelpemidler.

Rehabilitering må ikke nødvendigvis se ut som rehabilitering. På tross av sitt tiltalende utseende oppfyller Swifty alle krav som stilles til en god reha-buggy:

Setedybden og lengden på leggene kan justeres trinnløst. Kvalitetsmaterialer og et fast sete sørger for komfort og sikker håndtering. På grunn av den lave vekten og de svingbare hjulene har denne reha-buggyen spesielt fleksibel bevegelighet. Den kan foldes lett og raskt sammen, og den kan helt enkelt plasseres i et hvilket som helst bagasjerom.

Dersom du likevel skulle ha spørsmål eller få problemer, kan du henvende deg til nærmeste spesialiserte forhandler eller direkte til oss.

Vår adresse:

## Innhold

	Side
Sikkerhetstekniske kontroller og vedlikeholdsintervaller .....	41
Generelle sikkerhetsinstruksjoner .....	41
Korrekt bruk og brukssteder .....	41
Risikoer ved bruk og kontraindikasjoner .....	41
Tekniske data .....	42
Sammenfolding .....	42
Innstillingsmuligheter .....	42
Parkeringsbremsfunksjon .....	43
H-belte .....	43
Montering av belter .....	43
Vippehjelp .....	43
Veiledning om rengjøring, desinfeksjon og stell .....	43
Garantibetingelser / CE-merke .....	44



## Sikkerhetstekniske kontroller og vedlikeholdsintervaller

- Det skal utføres en regelmessig kontroll av alle betjeningslementer og festeskruer, én gang hver måned. Skyvesleiden bør holdes fri for sand.
- Vennligst husk på å trekke til igjen skruene og klemhåndtakene (hoftevinkeljustering) etter hver innstilling.

## Vennligst overhold sikkerhetsinstruksjonene nedenfor:

- Vi anbefaler at du justerer setedybden og lengden på leggene i henhold til barnets aktuelle kroppsstørrelse minst hver tredje måned. Dette bør eventuelt utføres ved hjelp av terapøyt / ortopedisk tekniker.
- Barnet ditt bør alltid være spent fast med H-beltet (standardutstyr, se side 38) eller med et annet sikkerhetsbelte (som kan kjøpes som ekstrautstyr).
- **OBS:** Våte hjul kan redusere bremseeffekten. Når du stopper eller parkerer vognen i et lengre tidsrom, bør du sikre reha-buggyen med fotbremsen for å unngå at den setter seg utilsiktet i bevegelse.
- Du må ikke overbelaste din Swifty Reha-Buggy. Vær oppmerksom på og overhold maksimal belastbarhet (se de tekniske data på side 37).
- Reflekterende klær gjør deg og barnet ditt synlige for andre trafikanter selv om det er mørkt – gjør bruk av denne fordelene.
- Tunge vesker eller handleposer som festes på barnevognen, øker veltevareren. Bruk korgen under seteenheten (kan kjøpes som ekstrautstyr).
- Følg anbefalingene i denne bruksanvisningen under håndteringen av Reha-Buggy – særlig når vognen skal foldes ut eller sammen.
- La aldri barnet sitte i Swifty Reha-Buggy uten tilsyn.
- Barnevognens parkeringsbrems må være satt på når barnet settes i vognen og tas ut av vognen.
- Vennligst hold barn borte fra plastemballasjen. Det er fare for at de kan bli kvalt.
- Det skal bare plasseres ett barn i Reha-Buggy.

**Tips:** Du finner mer informasjon om våre Reha-Buggyer på internett, under adressen [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## Korrekt bruk og brukssteder

SWIFTY Reha-Buggy er egnet til ergonomisk transfer (høydejusterbart skyvehåndtak) av handicappede barn, både innendørs og utendørs.

## Risikoer ved bruk og kontraindikasjoner

Når vognen brukes forskriftsmessig, finnes det ingen risikoer ved å bruke den. Det kjennes ikke til kontraindikasjoner.



## Tekniske data

### SWIFTY Reha-Buggy

Setedybde	22 - 28,5 cm
Setebredde	34 cm
Rygghøyde	62 cm
Lengde på legger	16 - 33 cm
Hoftevinkel	90° til 115°
Fotvinkel	90°
Setevinkel	+15°
Stor fotstøtte (B x L)	31 x 18 cm
Samlede dimensjoner (B x H x L)	61 x 102 x 98 cm
Dimensjoner sammenfoldet (B x H x L)	61 x 38 x 73 cm
Skyvehåndtakshøyde	97 cm
Hjulstørrelse svingbare hjul (foran)	7,5"
Hjulstørrelse (bak)	10"
Belastbarhet	35 kg
Vekt	12,4 kg

## Folde ut og sammen

### Folde ut

Grip tak øverst på vognen og på siden av skyvehåndtaket og trekk opp med en kraftig bevegelse (du hører at skyvelåsene går i lås). Løsne klem-hendelen på baksiden og still inn ønsket ryggvinkel (se regulering av ryggstøtte). Still det høydejusterbare skyvehåndtaket inn i ønsket stilling ved å betjene trykknappene på sidene. (fig. 1)

### Folde sammen (minste dimensjoner i sammenfoldet tilstand)

Løsne klem-hendel på ryggen.

Trekk opp skyvelåsene på skyvehåndtaket (høyre og venstre side) og hold fast den sikkerhetsbøylen som er montert på høyre side. Press skyvehåndtaket fremover med overkroppen og fold vognen sammen fremover. (fig. 2)

**TIPS:** For lettere transport bruk gripehåndtak bak på Reha-Buggy, mellom ryggen og sitteflaten.

## Innstillingsmuligheter

### Setedybde

Løsne de fremre umbracoskruene (3 mm) på seteflaten og trekk seteplaten fram og ut. Trekk umbracoskruene til igjen. (fig. 3)

**TIPS:** For å lette innstillingen av setedybden, kan du gripe tak i fremre kant av seteflaten med den ene hånden, mens du med den andre hånden holder igjen i den nederste enden av ryggen (midt på).

### Justering av rygglenet

Løsne klemhendel på ryggen for å stille inn ønsket hoftevinkel ved å forskyve ryggbøylen på ryggskinne, fest hendelen igjen. (Fig. 4)

### Lengde på legger

Løsne Umbrako-skruene (3 mm) på høyre og venstre side av fotstøttene. Sett fotstøttene i ønsket posisjon ved forskyvning på rammerøret, trekk til igjen skruene. (Fig. 5)

### Fotstøtte

Fotstøtten kan vippe opp og bort for at det skal være lettere å overføre barnene til barnevognen. (fig. 6)

## Parkeringsbremsfunksjon

### Sette på bremsen

Sett foten på bremsebøylen og press den ned.

### Løsne

Sett foten under bremsebøylen og skyv den opp.

## H-belte

Swift Reha-Buggy er utstyrt med H-belte som standard.

### Åpne beltelåsen

Når du skal åpne H-beltet, må du holde den røde trykknappen (1) nedtrykket, åpne klemmelåsen (2 og 3) og løsne beltet (barnelås). (fig. 7)

### Justering av høyden på skulderbeltet

Åpne borrelåsen bak på ryggputen. Åpne de øvre klaff-låsene og trekk ut beltene forfra. Del ryggputen i de trinnvise sømmene, i ønsket høyde. Før beltene gjennom slissen som oppstår og fest de igjen i klaff-låsene. Lukk puten igjen. (Fig. 8 - 10)

### Demontere H-beltet

Åpne borrelåsen bak på ryggputen. Åpne klaff-låsene og trekk ut H-beltet forfra. (Fig. 9)

## Montering av belter

Skill ryggputen i ønsket plasseringshøyde i de trinnvise sømmene.

De to **øvre beltene** føres gjennom åpningene i puten og stikkes gjennom slissene i fremre ryggplate (fig. 8).

Åpne borrelås bak ryggputen og før beltet videre gjennom klaff-låsene og still inn ønsket beltelengde (fig. 9).

De to **nedre belteendene** kan festes bak på ryggplaten eller på siden på plastelementet ved hjelp av klaff-låser (fig. 10).

Beltene til høyre og venstre ved siden av ryggputen føres til respektive klaff-låser og festes.

Lukk ryggpute igjen.

**Tips:** Beltelengden kan også stilles inn fra forsiden, trekk da i D-ringen og kort inn beltet.

## Vippehjelp

Sett foten på vippehjelpen, hold Reha-Buggy fast med begge hender og vipp den opp. (fig. 11)

## Veiledning om rengjøring, desinfeksjon og stell

### Polstre

Alle polstre kan lett tas av med noen få grep. Stoffet og avstandstekstilene er vevd kvalitetsmateriale som kan vaskes ved 40 °C. Polsteret er av brannsikkert materiale (BS 5852 del 1).

Vi gjør oppmerksom på at selv stoffer av høy kvalitet kan blekne under vedvarende og intens sollys eller dersom de vaskes hyppig. (fig. 12)

### Borrelåser

For å opprettholde borrelåsenes funksjonsdyktighet, må borrelåsbåndene rengjøres med en børste fra tid til annen. Lukk alltid borrelåsbåndene under vasking – så sant det er mulig.

### Understell

Understellet er fremstilt av høyverdige aluminiumsrør. Disse er belagt med en motstandsdyktig pulverlakk som kan rengjøres og desinfiseres med vanlige såper (nøytralsåpe).



## Garantibetingelser / CE-merke

Firmaet Thomashilfen er sertifisert etter ISO-standarden DIN EN ISO 13485:2003 og garanterer for kvaliteten på de produkter det leverer. Høyeste produktstandarder legges til grunn for valget av materiale og for bearbeidningen. Alle deler gjøres prinsipielt til gjenstand for en sluttkontroll.

Thomashilfen gir tre års garanti fra kjøpsdato for alle chassisdeler. Garantien gjelder alle krav som skyldes nedsatt eller manglende funksjon. Unntatt fra garantien er skader som oppstår på grunn av ikke-forskriftsmessig håndtering (f.eks. overbelastning) og naturlig slitasje.

Swiftly oppfyller kravene i den europeiske standarden EN 12182 und 12183 og er CE-merket.

Vi håper at du får mye glede av din Swiftly Reha-Buggy!

## Introduktion

Denna bruksanvisning ger information om inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Swifty. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna hoppas vi att du får stor användning av Swifty.

I Swifty sitter ditt barn säkert och bekvämt. Med de rörliga länkhjulen är Swifty lätt att styra och köra. Genom dess storlek och lätta vikt är den enkel att vika ihop och lägga i en bil.

Har du frågor angående. Swifty är du välkommen att kontakta oss på Mayday Aid AB.

## Innehåll

	Sida
Säkerhetskontroller och underhållsintervall .....	46
Generella säkerhetsinstruktioner.....	46
Användningsområde .....	46
Teknisk data .....	46
Ihop / uppfällning .....	47
Justeringar.....	47
Parkeringsbroms .....	47
H-bälte .....	47
Montering av bälten .....	48
Tippningshjälp .....	48
Skötsel­anvisningar.....	48
Garanti / CE-märkning .....	48

## Säkerhetskontroller och underhållsintervall

- Kontrollera varje månad att alla skruvar och snäpplås är ordentligt fastspända.
- Kom ihåg att ordentligt skruva åt skruvar / handvred / snäpplås, varje gång du förändrat någon inställning i sittkomforten för ditt barn.

### Säkerhetsinstruktioner:

- Vi rekommenderar att du justerar Swifty sittenhets (sittdjup och fotplattans höjd) minst var tredje månad så att ditt barn får bästa sittkomfort.
- Barnet bör alltid sitta fast med bältet (som ingår i standard utrustning, se sidan 42) eller annat bälte när barnet sitter i sulkyn.
- **WARNING:** Blöta eller platta hjul påverkar parkeringsbromsens effektivitet. Om sulkyn står oanvänd en längre tid, aktivera parkeringsbromsen för att undvika att sulkyn rullar iväg.
- Överstig inte maxvikt för sulkyn. Läs igenom teknisk data (sidan 41) för att få rätt information.
- När det är mörkt ute eller vintertid, använd ljusa kläder eller reflexer för att synas ordentligt i mörkret.
- Häng inte kassar / väskor eller andra föremål på vagnen utan lägg dem i korgen (finns som tillbehör) under vagnen. Annars finns det risk för att vagnen välter.
- Använd bruksanvisningen när du ska ställa in sittenhetsen eller fälla ihop sulkyn.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt av en vuxen.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt, även när bromsen är på och barnet fastspänt. Var också extra uppmärksam om det finns barn som leker i närheten.
- Swifty ska manövreras av en vuxen.
- Sätt på / trampa ner parkeringsbromsen varje gång du ska sätta i eller ta ur barnet ur Easy Swifty. Lås vagnen också när du ska montera på ett tillbehör.
- Låt inte barn leka med packmaterialet när ni har packat upp Swifty.
- Det ska endast sitta ett barn i Swifty.

**Tips:** Mer information hittar du på vår hemsida: [www.maydayaid.se](http://www.maydayaid.se)

## Användningsområde

Med SWIFTY Reha-vagnen kan man på ergonomiskt sätt (med en på höjden justerbar körbåge) transportera handikappade barn både inom- och utomhus.

## Tekniska data

### SWIFTY Reha-Buggy

<b>Sittdjup</b>	22 - 28,5 cm
<b>Sittbredd</b>	34 cm
<b>Ryggstödshöjd</b>	62 cm
<b>Benlängd fotplatta</b>	16 - 33 cm
<b>Höftvinkel</b>	90° till 115°
<b>Fotplattans vinkel</b>	90°
<b>Sittvinkel</b>	+15°
<b>Fotplatta (b x d)</b>	31 x 18 cm
<b>Totala mått, uppfälld (b x h x l)</b>	61 x 102 x 98 cm
<b>Totala mått, hopfälld (b x h x l)</b>	61 x 38 x 73 cm
<b>Körhandtagets höjd</b>	97 cm
<b>Framhjul</b>	7,5"
<b>Bakhjul</b>	10"
<b>Max. belastningsvikt</b>	35 kg
<b>Vikt, sulky</b>	12,4 kg

## Hopfällning av Swifty

### Fälla upp Swifty

Ta tag i körhandtaget och dra uppåt med en rörelse. (De svarta låshandtagen faller på plats med ett ljudligt klick). Lossa spärrspaken på ryggen och ställ in önskad ryggvinkel (se justering av ryggstöd).

Körhandtaget går att ställa i olika höjdlägen genom att trycka in de två yttre knappar som sitter på körhandtaget. (fig. 1)

### Hopfällning av sulkyn

Lossa spärrspaken på ryggen.

Ta tag i de svarta handtagen på höger och vänster sida om sulkyn. Dra dem samtidigt uppåt med en rörelse. Fäll körhandtaget, med hjälp av överkroppen, framåt och de bakre hjulen fälls in under framhjulen. (fig. 2)

**TIPS:** Använd handgreppet bak på reha-vagnen mellan rygg och sittyta för en lättare transport.

## Justeringar

### Sittdjup

För att justera sittdjupet, (för det behövs en insexnyckel nr. 3) lossa på insexskruvarna som sitter på ovansidan av sittplattan. Dra sittplattan framåt till önskat läge och skruva åt skruvarna igen. (fig. 3)

**TIPS:** Ta tag i sittplattan med en hand, och dra, samtidigt som du pressar med den andra handen mot ryggstödet nedre del.

### Justera ryggstödsvinkel

Lossa spärrspaken på ryggen, ställ in önskad höftvinkel genom att förskjuta ryggställningen på ryggskenan och säkra spaken igen. (Fig. 4)

### Fotplatta

Lossa insexskruvarna (3 mm) till höger och vänster bak på fotstödet ställning. Placera fotstödet i önskad position genom att förskjuta det på ställningen och dra åt skruvarna igen. (Fig. 5)

### Fotplatta

Fotplattan kan enkelt fällas upp vid transport eller vid förflyttning i eller ur sulkyn. (fig. 6)

## Parkeringsbroms

### Parkera

Tryck ner bromsstaget med foten.

### Släppa på bromsen

Placera foten under bromsstaget och lyft upp det.

## H-bälte

H-bältet ingår i standardutförande på Swifty.

### Öppna bältet

För att öppna H-bältet, tryck ner den röda knappen (1), håll in de två klick klämmorna (2 och 3) och dra sedan isär bältet. (fig. 7)

### Ändra höjden på remmarna vid axlarna

Öppna kardborrelåset bak på ryggdynan. Öppna de övre kamlåsen och dra ur bältena framifrån. Sprätta upp ryggdynan i den sydda sömmen i önskad höjd. Dra bältena genom slitsarna som gjorts och fäst igen i kamlåsen. Förslut dynan igen. (Fig. 8 - 10)

### Ta bort H-bältet

Öppna kardborrelåset bak på ryggdynan. Öppna kamlåsen och dra ur H-bältet framifrån. (Fig. 9)

## Montering av bälten

Sprätta upp ryggdynan i de sydda sömmarna allt efter önskad placeringshöjd.

Drag de två **övre bältena** genom öppningarna i dynan och för dem genom slitsarna i den främre ryggplattan (fig. 8).

Öppna kardborrelåset bak på ryggdynan och för därefter bältena in i kamlåsen och ställ in önskad längd (fig. 9).

De båda **nedre bältändarna** kan fästas bak på ryggplattan med kamlås (fig. 10). Dra bältena till vänster och höger om ryggdynan till motsvarande kamlås och sätt fast dem.

Förslut ryggdynan igen.

**TIPS:** Bältenas längd kan också justeras fram. Dra då i D-ringen för att göra bältet kortare.

## Tippningshjälp

Ställ foten på tippningshjälpen, håll fast Reha-vagnen med båda händerna och tippa den. (fig. 11)

## Skötselanvisningar

### Klädsel

All klädsel och polstring kan lätt tas av med några få handgrepp. 100 % PES-tyget, liksom avståndsstickningen är av kvalitetsväv, tvättas i 40°. Färgerna i tygtrycket är gift- och tungmetallfria. Vi vill påpeka, att även kvalitetstyg kan blekna på grund av långvarigt och intensivt solsken eller om det tvättas ofta. Klädseln är flamsäker (BS 5852 part 1). (fig. 12)

### Kardborrband:

Ramen består av högvärdigt aluminiumrör med en motståndsraftig beläggning av pulverbrännlack som kan rengöras och desinficeras med konventionell tvål (neutral tvål).

## Garantivillkor / CE - märkning

Företaget Thomashilfen är certifierat enligt ISO-norm DIN EN ISO 13485:2003 och borgar för kvaliteten på de av dem levererade produkterna. Materialvalet och tillverkningen grundar sig på högsta produktionsstandard. Alla delar genomgår principiellt en slutkontroll.

Thomashilfen erbjuder Dig en 3-årig garanti på alla ramdelar från och med inköpsdatum. Garantin omfattar alla anspråk, som påverkar funktionen. Undantagna är skador, som uppstått genom icke ändamålsenlig hantering (t.ex. överbelastning), eller naturligt slitage.

SWIFTY motsvarar kraven i Europainormerna EN 12182 och 12183 och är försedd med CE-märkning.



## Kære Swifty-bruger

Rehab klapvognen Swifty er et moderne medicinsk produkt af høj kvalitet, som imponerer på grund af det tiltalende udseende. Vi har helt målrettet medtaget ideer fra forældre, som kender den daglige håndtering af rehab-produkter og også kender deres børns krav til sådanne hjælpemidler.

Rehab behøver ikke absolut at se ud som rehab, og alligevel opfylder Swifty alle krav til en god rehab-klapvogn:

Sædedybde og underbenshøjde kan indstilles trinløst, kvalitetsmaterialer og en stabil siddestilling gør det behageligt at sidde i den og gør den nem at betjene. Den lave vægt og svinghjulene gør denne klapvogn særdeles smidig. Den er nem og hurtig at klappe sammen og kan let staves ned i bagagerummet.

Hvis der alligevel skulle opstå spørgsmål eller problemer, kontakt din forhandler eller henvend dig direkte til os.

Vores adresse:

<b>Indhold</b>	<b>Side</b>
Sikkerhedsteknisk kontrol og serviceintervaller.....	50
Generelle sikkerhedsoplysninger.....	50
Korrekt brug og anvendelsessteder.....	50
Risici under brugen og kontraindikationer.....	50
Tekniske data.....	51
Folde klapvognen ud og klappe den sammen.....	51
Indstillingsmuligheder.....	51
Bremsefunktion.....	52
H-sele.....	52
Vippehjælp.....	52
Montering af remme.....	52
Rengøring, desinficering og pleje.....	52
Garantibetingelser / CE - mærke.....	53



## Sikkerhedsteknisk kontrol og serviceintervaller

- Der bør foretages en regelmæssig kontrol hver måned af alle betjeningslementer og skruer. Glideskinnerne bør holdes fri for sand.
- Husk på, at hver gang der er blevet foretaget indstillinger på klapvognen (hoftevinkeljustering), skal skruer og spændearme, strammes igen.

## Følg efterfølgende sikkerhedsanvisninger.

- Vi anbefaler mindst hver 3. måned at tilpasse sædedybden og underbenshøjden til dit barns aktuelle kropsmål. Det bør om nødvendigt gøres sammen med din terapeut / ortopæditekniker.
- Dit barn bør altid spændes fast med H-selen (grundudstyr, se side 47) eller med en anden fastspændingssele (fås som ekstraudstyr).
- **OBS:** Våde hjul kan have en negativ indflydelse på bremsevirkningen. Ved stop eller længere tids parkering bør klapvognen bremses med fodbremsen, så den ikke begynder at køre af sig selv.
- Pas på ikke at overbelaste klapvognen, og du skal være opmærksom på dens maksimale belastningsevne (se tekniske data side 46).
- Reflekterende beklædning gør, at du og dit barn bedre kan ses i mørke af andre trafikanter - benyt dig af denne fordel.
- Hvis der er hængt tunge tasker eller indkøbsposer på vognen vælter den nemmere. Brug kurven (fås som ekstraudstyr) under sædeenheden.
- Følg oplysningerne i denne brugsanvisning – især når du folder klapvognen ud og klapper den sammen igen.
- Lad aldrig barnet sidde uden opsyn i Swifty klapvognen.
- Når barnet sættes i klapvognen og løftes op igen, skal den bremses med parkeringsbremsen.
- Børn må ikke komme i nærheden af plastemballagen på grund af kvælningsfaren.
- Der må kun sidde ét barn ad gangen i klapvognen.

**Tip:** Yderligere oplysninger om vore rehab-klapvogne kan du finde på internettet på [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## Korrekt brug og anvendelsessteder

SWIFTY klapvognen er egnet til en ergonomisk transport (højdejusterbart skubbehåndtag) af handicappede børn, både indendørs og udendørs.

## Risici under brugen og kontraindikationer

Ved korrekt brug kan risici i forbindelse med brugen udelukkes. Der er ingen kendte kontraindikationer.

## Tekniske data

### SWIFTY Reha-Buggy

Sædedybde	22 - 28,5 cm
Sædebredde	34 cm
Ryglænsenhøjde	62 cm
Underbenshøjde	16 - 33 cm
Hoftevinkel	90° til 115°
Fodvinkel	90°
Sædehældning	+15°
Stor fodstøtte (B x L)	31 x 18 cm
Totalmål (B x H x L)	61 x 102 x 98 cm
Sammenklappet mål (B x H x L)	61 x 38 x 73 cm
Skubbehåndtagets højde	97 cm
Hjulstørrelse svinghjul (foran)	7,5"
Hjulstørrelse (bag i)	10"
Belastningsevne	35 kg
Vægt	12,4 kg

## Folde klapvognen ud og klappe den sammen

### Folde klapvognen ud

Tag fat i klapvognen foroven og i siden på skubbehåndtaget og træk den opad med en kraftfuld bevægelse (man kan høre at låseanordningerne falder i hak). Løsn spændearmen i ryggen og indstil den ønskede rygvinkel (se Justering af ryglænet).

Det højdejusterbare skubbehåndtag indstilles i den ønskede position ved at trykke på knapperne i siderne. (fig. 1)

### Klappe klapvognen sammen (mindste sammenfoldede mål)

Løsn spændearmen i ryggen.

Træk låseanordningerne på skubbehåndtaget opad (i højre og venstre side) og hold fast i sikkerhedsbøjlen, som er monteret i højre side. Tryk skubbehåndtaget fremad med overkroppen og fold klapvognen sammen fremad. (fig. 2)

**ET TIP:** Brug bøjlegrebet bag på klapvognen, mellem ryg og sæde, for at gøre transporten nemmere.

## Indstillingsmuligheder

### Sædedybde

De forreste unbrakoskruer (3 mm) på sædet løsnes, og sædepladen trækkes ud fremefter. Stram unbrakoskruerne igen. (fig. 3)

**ET TIP:** Det er nemmest at indstille sædedybden ved at tage fat i sædefladens forreste kant med én hånd og holde igen med den anden hånd nederst på ryglænet (midt i).

### Justering af ryglænet

Løsn spændearmen i ryggen, juster hoftevinklen ved at forskyde rygbøjlen på rygskinnen og stram spændearmen igen. (fig. 4)

### Underbenshøjde

Løsn unbracoskruerne (3 mm) i højre og venstre side bagi på fodstøttens rørføringer. Juster fodstøtten ved at forskyde den på røret, og stram skruerne godt igen. (fig. 5)

### Fodstøtte

Fodstøtten kan klappes op for at gøre det nemmere at transportere børn i klapvognen. (fig. 6)



## Bremsefunktion

### Bremsning

Sæt foden på bremsebøjlen og tryk den ned.

### Løsne bremsen

Sæt foden under bremsebøjlen og skub den op.

## H-sele

Swifty rehab klapvogn er som standard udstyret med en H-sele.

### Åbne seletåsen

Åbn H-selen ved at holde den røde trykknop (1) nede, åbne clip-låsen (2 og 3) og løsne selen (børnesikring). (fig. 7)

### Justering af skulderremmens højde

Åbn velcrobåndet bag på rygpolstringen. Åbn de øverste fixlock-spænder og træk remmene ud fremefter. Spræt rygpolstringen op i stikningen i den ønskede højde. Før remmene gennem de slidse, er er opstået, og fikser dem igen i spænderne. Luk polstringen igen. (fig. 8 - 10)

### Tag H-selen af

Åbn velcrobåndet bag på rygpolstringen. Åbn fixlock-spænderne og træk H-remmen ud fremefter. (fig. 9)

## Montering af remme

Spræt rygpolstringen op i syningen alt efter, hvor remmene skal placeres.

Før de to **øverste remme** gennem åbningen i polstringen og stik dem gennem slidserne i rygpladen (fig. 8).

Åbn velcrolukningen bag rygpolstringen, og før derefter remmene ind i fixlock-spænderne og indstil den ønskede remlængde (fig. 9).

Remmenes to **nederste ender** kan fastgøres bag på rygpladen med fixlock-spænder (fig. 10). Før remmene i højre og venstre side af rygpolstringen til de respektive fixlock-spænder og fikser dem.

Luk rygpolstringen igen.

**ET TIP:** Remmenes længde kan også indstilles foran ved at trække i D-ringen for at afkorte remmen.

## Vippehjælp

Sæt foden på vippehjælpen, holdt fast i Rehab klapvognen med begge hænder og vip den ind mod dig. (fig. 11)

## Rengøring, desinficering og pleje

### Polstring

Alle polstringer kan nemt tages af med få greb. Stof og spacer stof af en høj kvalitet, som kan vaskes op til 40°C. Polstringen er flammesikret (BS 5852 del 1).

Vi gør opmærksom på, at også kvalitetsstoffer kan blegne, hvis de udsættes for konstant og intensiv sol eller hyppig vask. (fig. 12)

### Velcrolukninger

For at bibeholde velcrolukningernes funktionsevne, skal de af og til børstes med en børste. Luk altid velcrolukningerne før vask, hvis det er muligt.

### Understel

Understellet er lavet af alurør af højeste kvalitet. Rørene er coatet med en robust pulverlakering, som kan rengøres og desinficeres med almindelig sæbe (neutral sæbe).

## Garantibetingelser / CE - mærke

Thomashilfen er certificeret iht. ISO-standarden DIN EN ISO 13485:2003 og står inde for kvaliteten af de leverede produkter. Valg af materiale samt dets forarbejdning gennemføres på grundlag af de højeste produktionsstandarder. Alle dele underkastes altid en slutkontrol.

Thomashilfen giver en 3-års garanti fra købstidspunktet på alle rammedele. Garantien omfatter alle fejl, som påvirker funktionen. Undtagen herfra er skader, som opstår pga. usagkyndig håndtering (f. eks. overbelastning) samt normal slitage.

Swift er i overensstemmelse med kravene i de europæiske standarder EN 12182 og 12183 og er CE-mærket.

Vi ønsker dig held og lykke med din Swift klapvogn!

## Hyvä Swifty-rattaiden käyttäjä,

Swifty-ratas on moderni, laadukas lääkintätuote, joka myös näyttää hyvältä. Rattaiden suunnittelussa on huomioitu ideat, jotka on saatu kuntoutustuotteita päivittäin käyttävien lasten vanhemmilta. Heillä on käytännön kokemusta siitä, mikä on tärkeää tällaisten apuvälineiden käytössä.

Apuvälineen ei välttämättä tarvitse näyttää apuvälineeltä, mutta Swifty täyttää siitä huolimatta kaikki hyville apuvälinerattaille asetetut vaatimukset:

Istuinsyvyys ja säärimita voidaan säätää portaattomasti, laadukkaat materiaalit ja kiinteä istuin huolehtivat mukavuudesta ja turvallisesta käsittelystä. Alhaisen painonsa ja kääntyvien pyöriensä ansiosta rattaat ovat erityisen ketterät. Niiden kokoon taittaminen on helppoa ja nopeaa, ja ne mahtuvat kätevästi jokaiseen tavaratilaan.

Mikäli Sinulla on jotakin kysyttävää tai tulee joitakin ongelmia, voit kääntyä erikoisliikkeen puoleen tai ottaa meihin yhteyttä suoraan.

Osoitteemme:

Sisällys	Sivu
Turvatekniset tarkastukset ja huoltovälit .....	55
Yleiset turvaohjeet .....	55
Käyttötarkoitus ja käyttöpaikat .....	55
Käytön riskit ja vasta-aiheet .....	55
Tekniset tiedot .....	55
Taittaminen.....	56
Säätömahdollisuudet.....	56
Seisontajarrun toiminta .....	56
Istuinvyö.....	56
Vöiden asennus.....	57
Kippaamistuki .....	57
Puhdistusta, desinfiointia ja hoitoa koskevat ohjeet .....	57
Takuuehdot / CE-merkintä.....	57

## Turvatekniset tarkastukset ja huoltovälit

- Kaikki kiinnitysosat ja kiinnitysruuvit on tarkastettava säännöllisesti kerran kuussa. Työntökelkkaan ei saa päästä hiekkää.
- Muista kiristää ruuvit ja kiinnitysvivut (lonkkien kulman säätö) jokaisen säädön jälkeen.

## Noudata seuraavia turvaohjeita:

- Suosittelemme säätämään istuinsyvyuden ja säärimitan vähintään 3 kuukauden välein, jotta rattaat olisivat aina sopivan kokoiset. Pyydä tarvittaessa avuksi terapeuttia / ortopediteknikkaa.
- Lapsi on aina kiinnitettävä rattaisiin istuinvyöllä (vakiovaruste, katso sivu 51) tai muulla vyöllä (saatavilla lisävarusteena).
- **HUOMIO:** Märät pyörät voivat heikentää jarrujen tehoa. Paina jalkajarru kiinni aina, kun pysähdyt tai jäät paikoillesi pitemmäksi ajaksi. Estät siten rattaiden tahattoman siirtymisen.
- Älä kuormita Swifty-rattaita liikaa. Huomioi maksimikuormitus (ks. tekniset tiedot sivulla 50).
- Kun käytät heijastavia vaatteita, muut tielläkuljijat näkevät Sinut ja lapsesi pimeässäkin – käytä heijastimia tai heijastinnauhoilla varustettuja vaatteita.
- Rattaisiin kiinnitettävät painavat kassit tai ostosverkot lisäävät kaatumisvaaraa. Käytä mieluummin istuinosan alle laitettavaa koria (saatavilla lisävarusteena).
- Noudata rattaiden käsittelyssä (erityisesti avaamisessa ja kasaan taittamisessa) tässä käyttöohjeessa annettuja suosituksia.
- Älä koskaan jätä lastasi rattaisiin yksin ilman valvontaa.
- Seisontajarrun on oltava kiinni, kun lapsi laitetaan rattaisiin tai otetaan rattaista pois.
- Älä anna muovipakkauksia lapsellesi – ne aiheuttavat tukehtumisvaaran.
- Rattaissa saa kuljettaa vain yhtä lasta.

**Vihje:** Rattaitamme koskevia lisätietoja löytyy myös internetistä osoitteesta [www.thomashilfen.com](http://www.thomashilfen.com)

## Käyttötarkoitus ja käyttöpaikat

SWIFTY-rattaat on tarkoitettu vammaisten lasten ergonomiseen kuljettamiseen (korkeudeltaan säädettävä työntökahva) sekä sisällä että ulkona.

## Käytön riskit ja vasta-aiheet

Käyttöön ei sisälly riskejä, kun rattaita käytetään asianmukaisella tavalla. Vasta-aiheita ei ole tiedossa.

## Tekniset tiedot

### SWIFTY-rattaat

Istuinsyvyys	22 - 28,5 cm
Istuinleveys	34 cm
Selkäosan korkeus	62 cm
Säärimita	16 - 33 cm
Lonkkien kulma	90° - 115°
Jalkalevyn kulma	90°
Istuosan kallistus	+15°
Iso jalkatuki (L x P)	31 x 18 cm
Kokonaismitat (L x K x P)	61 x 102 x 98 cm
Mitat kasaan taitettuna (L x K x P)	61 x 38 x 73 cm
Työntökahvan korkeus	97 cm
Kääntyvien pyörien koko (edessä)	7,5"
Pyörien koko (takana)	10"
Kuormitettavuus	35 kg
Paino	12,4 kg

## Taittaminen

### Aukitaittaminen

Tartu kiinni rattaiden työntökahvasta ja yläosasta ja vedä rivakasti ylös (lukitsimet lukittuvat äänekkäästi). Avaa selkäosassa oleva kiristysvipu ja säädä haluttu selkänojan kulma (katso Selkänojan säätö). Aseta korkeudeltaan säädettävä työntökahva oikeaan asentoon painamalla sivuttaisia painikkeita. (kuva 1)

### Kasaantaittaminen (pienin mahdollinen koko)

Avaa selkänojan kiristysvipu.

Vedä työntökahvassa olevat lukitsimet ylös (oikealla ja vasemmalla) ja pidä kiinni oikealle puolelle asennetusta turvakaaresta. Paina ylävartalosi avulla työntökahva eteen ja taita rattaat kasaan. (kuva 2)

**VIHJE:** Käytä rattaiden kuljettamisessa apuna rattaiden takana selkänojan ja istuinosan välissä olevaa kahvaa.

## Säätömahdollisuudet

### Istuinsyvyys

Avaa istuimessa olevat etummaisets kuusiokoloruuvit (3 mm) ja vedä istuinlevyä ulos. Kiristä kuusiokoloruuvit. (kuva 3)

**VIHJE:** Istuinsyvyyden säätäminen sujuu helpommin, kun tartut yhdellä kädellä kiinni istuimen etureunasta ja painat toisella kädelläsi selkänojan alaosa (keskikohdasta).

### Selkänojan säätäminen

Avaa selkänojan kiinnitysvipu, säädä lonkkien haluttu kulma siirtämällä selkänojan kiskossa olevaa kahvaa ja kiristä vipu jälleen. (kuva 4)

### Säärimitta

Avaa jalkatuen putkien takana vasemmalla ja oikealla olevat kuusiokoloruuvit. Siirrä jalkatuki rungon putkien haluttuun kohtaan ja kiristä ruuvit. (kuva 5)

### Jalkatuki

Jalkatuki voidaan kääntää ylös, jolloin lapsi on helpompi laittaa rattaisiin. (kuva 6)

## Seisontajarrun toiminta

### Lukitseminen

Aseta jalkasi jarrutangon päälle ja paina tanko alas.

### Avaaminen

Aseta jalkasi jarrutangon alle ja nosta tanko ylös.

## Istuinvyö

Swiftly-rattaissa on vakiovarusteena istuinvyö.

### Istuinvyön lukon avaaminen

Pidä istuinvyön punaista painiketta (1) painettuna, avaa lukitsin (2 ja 3) ja irrota vyö (lapsilukko). (kuva 7)

### Olkavöiden korkeuden säätäminen

Avaa selkänojan pehmusteessa takana oleva tarrakiinnitys. Avaa ylemmät soljet ja vedä vyöt ulos edestä. Avaa selkänojan pehmusteen sauma halutulta korkeudelta. Pujota vyöt tekemiesi aukkojen läpi ja kiinnitä soljet. Sulje pehmuste. (kuva 8 - 10)

### Istuinvyön poistaminen

Avaa selkänojan pehmusteessa takana oleva tarrakiinnitys. Avaa ylemmät soljet ja vedä istuinvyö ulos edestä. (kuva 9)



## Vöiden asennus

Avaa selkänöjan pehmuste saumoista halutulta kiinnityskorkeudelta.

Ohjaa kaksi **ylempää vyötä** pehmusteessa olevien aukkojen läpi ja pistä selkälävyyden rakoja kautta (kuva 8).

Avaa selkänöjan pehmusteessa oleva tarrakiinnitys, pujota sen jälkeen vyöt solkiin ja säädä vöiden haluttu pituus (kuva 9).

**Vöiden alemmat päät** voidaan kiinnittää selkälävyyden taakse soljilla (kuva 10). Ohjaa vyöt selkänöjan pehmusteen oikealle ja vasemmalle puolelle siellä oleviin solkiin ja kiinnitä.

Sulje selkänöjan pehmuste.

**Vihje:** Vyön pituutta on mahdollista säätää myös edessä. Lyhennä vyötä D-rengasta vetämällä.

## Kippaamistuki

Aseta jalka kippaamistuen päälle, pidä kiinni molemmin käsin rattaista ja kippaa. (kuva 11)

## Puhdistusta, desinfiointia ja hoitoa koskevat ohjeet

### Pehmuste

Kaikki pehmusteet voidaan irrottaa helposti. Kangas ja välikekappale on valmistettu laadukkaista kuiduista, jotka voidaan pestä enintään 40 °C:een lämpötilassa. Pehmuste on liekkisuoja (BS 5852 osa 1).

Muistutamme, että myös laadukkaat kankaat voivat haalistua, kun ne altistetaan jatkuvalla ja voimakkaalle auringonvalolle tai pestään usein. (kuva 12)

### Tarrakiinnitykset

Jotta tarrakiinnitykset toimisivat hyvin, tarranauhat kannattaa puhdistaa silloin tällöin harjalla. Sulje tarranauhat pesun ajaksi – jos mahdollista.

### Runko

Alusta on valmistettu laadukkaasta alumiiniputkesta. Se on pinnoitettu kestäväällä jauhepolttomaalauksella, joka voidaan puhdistaa ja desinfioida tavallisilla saippuoilla (neutraali saippua).

## Takuuehdot / CE-merkintä

Thomashilfen on sertifioitu DIN EN ISO 13485:2003 -normin mukaisesti ja takaa toimittamiensa tuotteiden laadun. Materiaalin valinnassa ja työstössä noudatetaan korkeimpia tuotantostandardeja. Kaikille osille suoritetaan lopputarkastus.

Thomashilfen myöntää kaikille rungon osille 3 vuoden takuun, joka astuu voimaan rattaiden hankintapäivänä. Takuu kattaa kaikki toimintaa koskevat vaatimukset. Se ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä (esim. ylikuormitus) sekä luonnollisesta kulumisesta.

Swifty on eurooppalaisen EN 12182 ja 12183 -normin mukainen ja on varustettu CE-merkinnällä.

Toivotamme Sinulle paljon iloa Swifty-rattaiden kanssa!

## Szanowny użytkowniku Swifty!

Wózek spacerowy Reha Swifty to nowoczesny produkt medyczny, wysokiej jakości, o wyjątkowym wyglądzie. Przy tworzeniu tego modelu uwzględniono sugestie rodziców, którzy codziennie używają produkty Reha, a przede wszystkim znają zapotrzebowania swoich dzieci.

Produkt Reha nie musi mieć typowego wyglądu - musi natomiast tak jak Swifty spełniać wszystkie wymagania wózka spacerowego Reha:

głębokość siedziska i długość na podudzia można płynnie regulować, a materiały wysokiej jakości i stabilne siedzisko zapewniają wygodę i bezpieczne użytkowanie. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i uchylnym kółkom wózek spacerowy Reha jest wyjątkowo zwrotny. Można go bezproblemowo i szybko składać i umieszczać w każdym bagażniku.

Jeżeli mimo przeczytania instrukcji nasuną się Państwu jakieś problemy, prosimy o kontakt z kompetentnym przedstawicielem handlowym lub bezpośrednio z nami.

Nasz adres:

## Spis treści

	<b>Strona</b>
Kontrole techniczne zapewniające bezpieczną eksploatację i okresy przeglądów .....	<b>59</b>
Ogólne zasady bezpieczeństwa .....	<b>59</b>
Określenie celu i zakresu użytkowania.....	<b>59</b>
Ryzyko związane z użytkowaniem i przeciwwskazania .....	<b>59</b>
Dane techniczne.....	<b>60</b>
Rozkładane / składanie .....	<b>60</b>
Możliwości regulacji.....	<b>60</b>
Hamulec postojowy .....	<b>61</b>
Pas zabezpieczający .....	<b>61</b>
Montaż pasów .....	<b>61</b>
Pomoc przy przechylaniu .....	<b>61</b>
Wskazówki dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji .....	<b>61</b>
Warunki gwarancji / Oznakowanie CE .....	<b>62</b>

## Kontrole techniczne zapewniające bezpieczną eksploatację i okresy przeglądów

- Regularną kontrolę wszystkich elementów obsługi i śrub mocujących należy wykonywać co miesiąc. Z elementu przesuwne należy usuwać piasek.
- Należy pamiętać, aby po każdej regulacji ponownie dokręcić śruby i zablokować dźwignię (regulacja kąta pochylenia w okolicach bioder).

## Prosimy o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa:

- Zalecamy regulację głębokości siedziska i długości na podudzia co najmniej co 3 miesiące, dopasowując wózek do aktualnej wagi i wielkości Państwa dziecka. Taka regulacja może odbywać się w razie konieczności w obecności terapeuty / technika ortopedy.
- Państwa dziecko powinno mieć zawsze zapięty pas, dostarczany jako wyposażenie podstawowe (patrz strona 8) lub inny pas bezpieczeństwa (dostępny jako element wyposażenia dodatkowego).
- **UWAGA:** Wilgotne koła mogą negatywnie wpływać na funkcję hamowania wózka. W razie zatrzymania lub dłuższego unieruchomienia zablokować wózek spacerowy za pomocą hamulca nożnego, aby uniknąć w ten sposób niezamierzonego zsunięcia się wózka.
- Nie przeciążać wózka spacerowego Swifty Reha oraz przestrzegać wielkości maksymalnego bagażu (patrz dane techniczne strona 55).
- Odblaskowe elementy odzieży sprawiają, że jesteście Państwo i Państwa dziecko lepiej widoczni dla innych użytkowników ruchu nawet w ciemności - stosujcie takie odbłyски.
- Podnosić wózek spacerowy Reha tylko za elementy na stałe przyspawane lub połączone stałym złączem śrubowym. (Rurka przedniej ramy nad przednimi kołami, tylna oś, uchwyty przesuwne / pałąk przesuwny).
- W przypadku silnego promieniowania słonecznego czarna powierzchnia materiału może rozgrzewać się i osiągać wysokie temperatury.
- Uważać, aby nie zranić się podczas podnoszenia podpórki na nogi, rozkładania i składania wózka spacerowego Reha oraz przy blokowaniu bocznej prowadnicy.
- Ciężkie torby i siatki z zakupami umocowane przy wózku spacerowym Reha zwiększają niebezpieczeństwo przewrócenia się wózka. Korzystać z kosza (dostępny jako element wyposażenia dodatkowego) pod siedziskiem.
- Podczas użytkowania wózka spacerowego Reha – w szczególności podczas jego rozkładania i składania - przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie pozostawiać dziecka w wózku spacerowym Swifty Reha bez nadzoru.
- Podczas wsadzania i wyjmowania dziecka należy uruchomić hamulec nożny wózka spacerowego Reha.
- Podczas wsiadania i wysiadania dziecka z wózka spacerowego Reha nie pozostawiać go bez nadzoru; w razie zbyt silnego obciążenia podpórki na nogi istnieje niebezpieczeństwo ześlizgnięcia lub wywrócenia się wózka.
- Należy zadbać, aby dzieci nie miały dostępu do opakowania z tworzywa sztucznego – istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
- W wózku spacerowym Reha można przewozić tylko jedno dziecko.

**Wskazówka:** Dalsze informacje dotyczące naszego wózka spacerowego Reha można znaleźć w Internecie na stronie [www.thomashilfen.de](http://www.thomashilfen.de).

## Okreslenie celu i zakresu użytkowania

Wózek spacerowy SWIFTY Reha przeznaczony jest do transportowania niepełnosprawnych dzieci, na stałym, płaskim podłożu, wewnątrz i na zewnątrz. Aby osobie towarzyszącej umożliwić ergonomiczne użytkowanie wózka, można zmieniać wysokość przesuwne uchwyty.

## Ryzyko związane z użytkowaniem i przeciwwskazania

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem można wykluczyć ryzyko związane z użytkowaniem. Przeciwwskazania do użytkowania nie są znane.

## Dane techniczne

### Wózek spacerowy SWIFTY Reha

<b>Głębokość siedziska</b>	22 - 28,5 cm
<b>Szerokość siedziska</b>	34 cm
<b>Wysokość pleców</b>	62 cm
<b>Długość na podudzia</b>	16 - 33 cm
<b>Kąt w obrębie bioder</b>	90° bis 115°
<b>Kąt w obrębie nóg</b>	90°
<b>Pochylenie siedziska</b>	+15°
<b>Wielkość podpórki na nogi</b> (szer. x dł.)	31 x 18 cm
<b>Wymiar całkowity</b> (szer. x wys. x dł.)	61 x 102 x 98 cm
<b>Wymiar po złożeniu</b> (szer. x wys. x dł.)	61 x 38 x 73 cm
<b>Wysokość przesuwnego uchwytu</b>	97 cm
<b>Wielkość uchylnych kół</b> (z przodu)	7,5"
<b>Wielkość kół</b> (z tyłu)	10"
<b>Obciążenie</b>	35 kg
<b>Ciężar</b>	12,4 kg

## Rozkładane / składanie

### Rozkładanie

Chwycić wózek spacerowy u góry i bocznie przy przesuwneym uchwycie i gwałtownie pociągnąć w górę (zasuwki blokujące blokowane są słyszalnie). Zwolnić dźwignię blokującą na elemencie pleców i ustawić wymagany kąt pochylenia (patrz regulacja oparcia pleców).

Ustawić przesuwne uchwyt o regulowanej wysokości naciskając boczne przyciski. (rys. 1)

### Składanie (mały wymiar po złożeniu)

Zwolnić dźwignię blokującą w elemencie dla pleców.

Podnieść zasuwkę blokującą przy przesuwneym uchwycie (po prawej i lewej stronie) i przytrzymać pałąk zamontowany po prawej stronie. Górną częścią ciała przesunąć w przód przesuwne uchwyt i złożyć wózek spacerowy. Wsunąć oparcie pleców w dół i ponownie zablokować dźwignię blokującą. (rys. 2)

**Wskazówka:** Dla ułatwienia transportu korzystaj z uchwytu z tyłu na wózku spacerowym Reha, znajdującego się między plecami i siedziskiem.

## Możliwości regulacji

### Głębokość siedziska

Poluzować przednie śruby imbusowe (3 mm) na powierzchni siedziska i pociągnąć w przód płytę siedziska. Dokręcić ponownie śruby imbusowe. (rys. 3)

**Wskazówka:** Celem ułatwienia prac w zakresie regulacji głębokości siedziska złapać ręką przednią krawędź powierzchni siedziska, drugą ręką przytrzymać dolny koniec pleców (środkowo).

### Regulacja oparcia pleców

Zwolnić dźwignię blokującą w oparciu, przesuwając pałąk na szynie pleców ustawić wymagany kąt w obrębie bioder i ustawić ponownie dźwignię. (rys. 4)

### Długość na podudzia

Poluzować śruby imbusowe (3 mm) po prawej i lewej stronie, z tyłu przy prowadnicach podpórki na nogi. Przesuwając podpórkę na nogi po rurce ramy ustawić w ją wymaganym położeniu, następnie ponownie dokręcić śruby. (rys. 5)

### Podpórka na nogi

Podpórkę na nogi można odchylić w górę, celem ułatwienia dzieciom wsiadania do wózka spacerowego. (rys. 6)

## Hamulec postojowy

### Uruchamianie

Postawić nogę na pałąku hamulca nożnego i wcisnąć w dół.

### Zwalnianie (odblokowywanie)

Podstawić nogę pod pałąk hamulca i przesunąć w górę.

## Pas zabezpieczający

Wózek spacerowy Swifty jest wyposażony standardowo w pas zabezpieczający.

### Otwieranie zamka pasa

Celem otwarcia zamka pasa przytrzymać naciśnięty czerwony przycisk (1), otworzyć zamek (2 i 3) i zwolnić pas (blokada uniemożliwiająca otwarcie przez dziecko). (rys. 7)

### Dopasowanie wysokości pasów na ramionach

Otworzyć zamek „na rzep” w materiale oparcia pleców. Otworzyć górne blokady i wyciągnąć pasy od przodu. Rozdzielić materiał wyściełający oparcie pleców na wymaganej wysokości przy stebnowanym szwie. Wprowadzić pasy przez powstałe otwory i ponownie umocować w blokadach. Zasunąć ponownie materiał. (rys. 8 - 10)

### Zdejmowanie pasa zabezpieczającego

Otworzyć zamek „na rzep” w materiale oparcia pleców. Otworzyć blokady i wyciągnąć pas od przodu. (rys. 9)

## Montaż pasów

Po ustawieniu odpowiedniej wysokości oparcia, rozciąć szczeliny otworów „guzikowych”.

Przełożyć dwa **górne paski** przez szczeliny otworu „guzikowego” pokrowca i blachy oparcia (rys. 8).

Otworzyć zamknięcie rzepowe pokrowca z tyłu płyty oparcia, następnie przełożyć paski przez klamry zapadkowe z tworzywa, ustawić odpowiednią ich długość i następnie zacisnąć zapadkę klamry (rys. 9).

Dwa **dolne paski** zamontować można używając do tego celu klamr zapadkowych z tworzywa znajdujących się u dołu płyty oparcia (rys. 10). Paski prowadzone są z lewej i prawej strony oparcia i następnie mocowane za pomocą klamr zapadkowych

Zamknąć pokrowiec z tyłu oparcia.

**Wskazówka:** dodatkowej regulacji długości pasków dokonać można być z przodu oparcia poprzez pociągnięcie pierścionków plastikowych w kształcie litery „D”.

## Pomoc przy przechylaniu

Ustawić nogę na elemencie pomocniczym, przytrzymać wózek spacerowy Reha obydwojema rękami i przechylić. (rys. 11)

## Wskazówki dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i pielęgnacji

### Elementy tapicerki

Wszystkie elementy tapicerki można zdjąć po wykonaniu kilku nieskomplikowanych czynności. Materiał oraz dziania na odległościowa to tkaniny wysokiej jakości, które można prać w temperaturze do 40°. Materiał jest zabezpieczony przed płomieniami (BS 5852 part 1).

Zwracamy uwagę, że także materiały wysokiej jakości mogą blaknąć na skutek długotrwałego i intensywnego promieniowania słonecznego lub częstego prania. (rys. 12)

### Zamki typu „rzep”

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zamków typu „rzep” należy okresowo oczyszczać taśmy przy użyciu szczotki. Podczas prania – o ile to możliwe – zawsze zamykać taśmy zamków.

### Stelaż

Stelaż wykonany jest z rurek aluminiowych wysokiej jakości. Stelaż powlekany jest lakierem piecowym odpornym na zniszczenia. Można go czyścić i dezynfekować przy zastosowaniu mydła (mydła naturalnego dostępnego w handlu).



## **Warunki gwarancji / Oznakowanie CE**

Firma Thomashilfen posiada certyfikat zgodnie z normą DIN EN ISO 13485:2003 i ręczy za jakość dostarczanych przez siebie produktów. Przy wyborze materiału oraz obróbce stosowane są najwyższe standardy produkcyjne. Wszystkie elementy poddawane są zasadniczo kontroli końcowej.

Thomashilfen oferuje Państwu trzy lata gwarancji - od dnia zakupu - na wszystkie elementy ramy. Gwarancja obejmuje wszelkie roszczenia, które dotyczą funkcjonowania. Nie obejmuje szkód, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania (np. przeciążenia), oraz są wynikiem naturalnego zużycia.

Swifty spełnia wymagania normy europejskiej EN 12182 i 12183 i posiada oznakowanie CE.

Życzymy wiele radości przy użytkowaniu wózka spacerowego Swifty Reha!





Member of the International  
Support Association for the  
Rehabilitation of Children and Youths e.V.



CE

The logo for Thomashilfen features a stylized rainbow arch above the word "Thomashilfen" in blue lowercase letters.

Thomashilfen